Información de producto
ID 212 desinfección de instrumentos

ID 212 - breve descripción

- Concentrado libre de aldehídos altamente eficaz, destinado a la limpieza y desinfección del instrumental general y quirúrgico (p. ej. espejos, sondas, pinzas, fórceps, etc.) en la consulta, el laboratorio y la clínica en el área odontológica.
- Espectro de acción amplio: bactericida, levuricida, tuberculicida en aparato de ultrasonido, viricida limitado (virus encapsulados, incl. VHB, VHC, VIH así como coronavirus, adenovirus y norovirus no encapsulados).
- Comprobado según los métodos de la VAH y las normas europeas actuales. Efecto virucida limitado según las directrices DVV/RKI así como EN 14476 y EN 17111.
- Lista VAH. lista de la Asociación Industrial Alemana para la Higiene y la Protección de Superficies (IHO).
- ID 212 es económico ya que solo es necesaria una concentración del 2 % según la VAH.
- Especialmente adecuado para la aplicación en aparatos de ultrasonidos, como p. ej. Hygosonic.
- Extraordinaria compatibilidad con los materiales, sobre todo en instrumentos con partes de goma o silicona.
- Libre de aldehídos - su actividad se basa en compuestos de amonio cuaternario.

Propiedades

ID 212 del sistema Dürr Higiene es un concentrado libre de aldehídos altamente eficaz, destinado a la limpieza y desinfección del instrumental general y quirúrgico (p. ej. espejos, sondas, pinzas, fórceps, etc.) en la consulta, el laboratorio y la clínica en el área odontológica. Otro campo de aplicación es la desinfección y la limpieza de instrumental rotatorio sensible a los álcalis y al alcohol, como por ejemplo, fresas soldadas de carburo, abrasivos de corindón, pulidores de goma. También apto para instrumental endodóntico de Ni-Ti así como determinados instrumentos pegados con resina sintética. ID 212 es respetuoso con el material.

Composición del producto

ID 212 se basa en una combinación de compuestos de amonio cuaternario, derivados de guanidina, tensioactivos no iónicos, componentes detergentes alcalinos, inhibidores de la corrosión, adyuvantes así como salicilato de bencilo en solución acuosa. 100 g de ID 212 contienen 9 g de cloruro de alquil-bencil-dimetilamonio, 0,1 g de compuesto de guanidina.

Eficacia microbiológica

ID 212 posee un efecto bactericida[1)], levuricida[1)], tuberculicida[1)] en aparato de ultrasonido, viricida limitado (virus encapsulados incl. HBV, HCV y HIV[1), 2), 3)] así como adenovirus[1)] y norovirus[1)] no encapsulados). ID 212 está en la lista de la VAH, lista de la Asociación Industrial Alemana para la Higiene y la Protección de Superficies (IHO). Efecto virucida limitado según las directrices DVV/RKI. Comprobados según las directrices DVV/RKI y las normas EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17111.

Aplicación

Usar ID 212 para la limpieza como solución al 2 % durante un tiempo de actuación de 5 min. Para ello, mida p. ej. 20 ml de ID 212 con el vaso graduado integrado en el tapón (la marca corresponde a 20 ml) y complete con agua hasta 1 litro. Después de la limpieza del instrumental enjuague a fondo bajo el chorro de agua corriente y, si fuera necesario, complete después manualmente la limpieza. A continuación desinfectar los instrumentos limpiados con ID 212. ID 212 se utiliza como solución al 2 % o al 4 %. El tiempo de actuación es según VAH al 2 % - 5 min. Una inactivación de los virus se produce al 4 % 60 min. y de las bacterias que causan la

Las recomendaciones para nuestros productos se basan en exhaustivos estudios científicos internos y externos y se proporcionan según nuestro leal saber y entender. Nuestra responsabilidad al respecto se deriva de nuestras "Condiciones generales de venta y suministro", que puede solicitarnos en todo momento.

DÜRR DENTAL

Información de producto
ID 212 desinfección de instrumentos

tuberculosis (Tb) en aparato de ultrasonidos al 2 % - 60 min. (ver tabla). Cuando haya transcurrido el tiempo de actuación, enjuague el instrumental desinfectado meticulosamente bajo el agua corriente durante como mínimo 15 s y séquelo. Para instrumentos con requisitos especiales en el acondicionamiento se deben tener en cuenta las indicaciones del fabricante y las normativas nacionales. No es adecuado para la desinfección final de productos sanitarios críticos y semicríticos.

Impacto ambiental

El embalaje, de polietileno y polipropileno, se puede destinar a la producción de energía o reciclarse. Para el reciclaje, enjuague la botella con agua.
Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad

Datos físicos

Concentrado:

Aspecto: líquido transparente, azul, ligeramente viscoso

Densidad: D = 1,05 ± 0,01 g/cm³ (20 °C)

pH: 12,1 ± 0,3

Solución de trabajo (2 %):

Aspecto: solución transparente, de color azul claro

pH: 10,5 ± 0,5

Vida útil

Concentrado: 4 años

Solución de trabajo: solución sin usar: 28 días; cambiar diariamente la solución de limpieza utilizada, utilizar la solución del desinfectante según la suciedad 7 días como máximo. Si existe suciedad visible, se deberá cambiar sin demora la solución del desinfectante

Tamaño del envase

Botella de 2,5 l

Almacenamiento

Almacenar el producto entre 5 °C y como máx. a temperatura ambiente.

Accesorios

Hygobox, Hygosonic.

Advertencias generales

Aplicación	Concentración	Tiempo
Desinfección de instrumental (según la VAH)[1]	2 %	5 min.
Bacterias[1] **y levaduras**[1]	2 %	5 min.
Bacterias[1] **y levaduras**[1] **en el ecógrafo**	2 %	5 min.
Bacterias de Tb (en aparato de ultrasonidos)[1]	2 %	60 min.
Virus encapsulados, incl. VHB, VHC, VIH, coronavirus[2), 3)]	2 %	1 min.
Virus encapsulados, incl. VHB, VHC, VIH, coronavirus[1]	2 %	15 min.
Adenovirus[1]	4 %	30 min.
Norovirus[1]	4 %	60 min.

1) Ensayo con carga elevada (VAH, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 14476, EN 17111)
2) Ensayo sin y con carga según las directrices DVV/RKI.
3) Según recomendación del instituto Robert Koch (informe del organismo alemán para la sanidad federal Bundesgesundheitsbl. 60, 353- 363, 2017

Utilizar ID 212 en un baño de instrumental cerrado. No mezclar ID 212 con otros productos. El instrumental general, quirúrgico y giratorio sumergido puede permanecer hasta 12 horas en la solución de trabajo de ID 212. Tenga en cuenta las indicaciones relativas a la compatibilidad con el material, el cuidado y el acondicionamiento del fabricante de los instrumentos. Para la limpieza de los instrumentos contaminados también recomendamos el limpiador enzimático de instrumentos ID 215. Se pueden producir cambios en el color y olor del producto, especialmente cuando se almacena expuesto a la luz solar. No obstante, estos cambios de color y olor no influyen sobre la capacidad desinfectante del producto. Para uso exclusivo por parte de personal especializado. Todos los incidentes graves relacionados con el producto se notificarán sin demora al fabricante y a la autoridad competente de su estado miembro.

Advertencias de seguridad

ID 212 está clasificado y etiquetado según el reglamento CLP: ver etiquetado y ficha de datos de seguridad del producto.

Dictámenes periciales independientes – estudios propios

Los dictámenes periciales están disponibles a petición.

CE 0124

Distribuido por
Dürr Dental SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Fabricante
orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.de

Versión 2021-01

DÜRR DENTAL