



A = Only use pastes with same LOT No
B = Icon "Use of the special program at the Dynamic® speed Mixing Unit possible"
C = Mixing ratio
D = Mixing time
E = Extraxoral working time
F = Intraoral working time
G = Time in mouth
H = Static mixing tip
I = Intraoral tip

66056510/11

Upute za uporabu (HR)

Elastomerni materijal za precizno oblikovanje otisaka na bazi silicija, dodatno polimeriziran.

Napomene za uporabu:
Asortiman proizvoda Flexitime® međusobno je idealno usklađen sustav i svojim mnogobrojnim varijacijama nudi kombiniranje individualnih mogućnosti oblikovanja u svim tehnikama. Ne savjetujemo kombiniranje s drugim silikonskim materijalima.

Neželjeni učinci:
Ovaj proizvod ili neki njegovi sastojci u određenim slučajevima mogu izazvati alergije. Ukoliko posumnjate na to, informacije o sastojcima možete dobiti od proizvođača.

Nakon uporabe pažljivo zatvorite posudu. Nemojte zamijeniti zatvarače/poklopce/mjeme žlice. Prije prvog korištenja istisnite nešto materijala iz kartuce prije stavljanja cjevčice za miješanje. Cjevčicu nakon uporabe ostavite na kartuli kao zadržavac. Neposredno prije sljedeće uporabe cjevčicu zamijenite novom. Nastavci za miješanje i intraoralni nastavci su proizvodi za jednokratnu uporabu. Bacite intraoralne nastavke nakon svake uporabe radi sprječavanja unakrsne kontaminacije pacijenta.

Kod svih dohoda polimeriziranih materijala za otiske na bazi silicija, dotični s proizvodima koji sadržavaju aktivni sumpor ili dušik ili sa svježim kompozitnim plombama ili nadstrukturama može utjecati na postupak stvrdnjavanja. Uz proizvode su priložene rukavice od lateksa, polisulfidni materijali za otiske, oksidni materijali. Oba materijala do dotiča s očima, isperite ih vodom par minuta. U slučaju nastaka tegoba savjetujte se s oftalmologom. Ne gutajte i probavljajte. Oba nakon gutanja materijala za otisak nastupe zdravstvene poteškoće, smjesta zatražite liječnički pomoć. U njeftkim slučajevima može doći npr. do začepljenja crijeva. Prije prve uporabe vizualno provjerite postojte li oštećenja. Oštećeni proizvodi ne smiju se koristiti. Proizvod smiju koristiti samo stomatološki djelatnici.

Modeliranje: Izlijevanje oblika može uslijediti već nakon 30 minuta nakon vađenja iz usta, nema drugih vremenskih ograničenja. Oblik ostaje trajno stabilan.

Preporučeni materijal za modeliranje: Mogu se koristiti svi raspoloživi materijali za modeliranje. Mi preporučujemo: Gips kategorije III, MOLDANO® Gips kategorije IV, MOLDASTONE®/MOLDASYN® Gips kategorije V, MOLDASTONE®/MOLDASYN®

Galvanizacija: Modeli se mogu galvaniski presvući bakrom ili srebrom u svim uobičajenim kupkama.

Instrukcja obsługi (PL)

Elastomerowa precyzyjna masa wyciskowa na bazie silikonu, sieciowana addycyjnie.

Wskazówki praktyczne:
Asortyment Flexitime® dzięki różnorodności konsystencji może być zastosowany do wszystkich technik wyciskowych. Nie polecamy stosowania z innymi masami silikonowymi.

Działania niepożądane:
Ten produkt lub jeden z jego składników może w szczególnych przypadkach powodować reakcje alergiczne. W razie wątpliwości, informacje o składnikach można otrzymać od producenta.

Pojemniki muszą być szczelnie zamknięte po użyciu. Nie zamieniać zakrętek, pokrywki i łyżeczek. Przed nałożeniem końcówki mieszającej na naboż za pierwszym razem wycisnąć niewielką ilość materiału. Po użyciu pozostawić końcówkę mieszającą na miejscu jako zakrętek naboży. Przed kolejnym użyciem usunąć końcówkę mieszającą, wycisnąć niewielką ilość materiału i założyć nową końcówkę mieszającą. Końcówki mieszające oraz końcówki wewnętrzne są produktami jednorazowego użytku. Aby zapobiec zakażeniu krzywotowu pacjentów, końcówki wewnętrzne należy wyrzucić po każdym użyciu.

W przypadku wszystkich sieciowanych wiązanych addycyjnie silikonowych mas wyciskowych przy styczności z produktami zawierającymi aktywną siarkę lub azot lub świeżo nałożonymi wypełnieniami lub obtudowanymi kompozycjami może dojść do zmian w procesie wiązania. Do produktów tych należą m. in. rekwizyty lateksowe, masy wyciskowe na bazie wielosiarcz-ków lub roztwory retrakcyjne. Dlatego, wskazane jest przed pobieraniem wycisku dokładne wypłukanie i wysuszenie pola protetycznego (preparacji i kieszonek). W przypadku styczności z oczami przemywać je wodą przez kilka minut. Jeśli dolegliwości nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem okulistą. Nie wkładać do ust i nie połkać. Jeżeli po pokłuczeniu wystąpią dolegliwości zdrowotne, natychmiast skontaktować się z lekarzem. W zadnych przypadkach może dojść np. do niedrożności jelit. Przed pierwszym użyciem należy skontrolować, czy są widoczne uszkodzenia. Nie wolno stosować uszkodzonych produktów. Do stosowania tylko przez lekarzy stomatologów.

Sporządzenie modelu: Model można wykonać po 30 minutach od pobrania wycisku. Nie ma innych ograniczeń czasowych. Wycisk w ciągu długiego czasu nie ulega odkształceniu.

Zalecane materiały do odlewu: Można stosować wszystkie dostępne w handlu gipsy protetyczne. Polecamy: Gips klasy III np. MOLDANO® Gips klasy IV np. MOLDASTONE®/MOLDASYN®

Metalizowanie: Wyciski mogą być miedziowane lub posrebrzane przy użyciu zwykłych, popularnie dostępnych kąpieli metalizacyjnych.

Instrucțiuni de utilizare (RO)

Materiale de amprentare de precizie, elastomer, pe bază de silicon, polimerizabil prin aditie.

Informații practice:
Sortimentul Flexitime® este un sistem cu o consistență variabilă care poate fi combinat individual pentru toate tehnicile de amprentare. Nu se recomandă utilizarea în combinație cu alte materiale de amprentă gen silicon.

Reacții adverse:
Acest produs sau unul dintre componentele acestuia pot provoca reacții alergice în cazuri particulare. Dacă se suspectează aceste reacții, se pot obține informații privind elementele componente de la producător.

Tuburile trebuie sigilate cu atenție după fiecare utilizare. Nu schimbați capacele, caps sau lingurile între ele. Când utilizați cartușul pentru prima dată, eliminați o cantitate mică de material înainte de a monta vârful de mixare. După utilizare lăsați vârful de mixare montat pe cartuș până la următoarea folosire când acesta se înlocuiește cu unul nou. Înainte de înlocuirea vârfului de mixare, se elimină o cantitate mică de material și numai după aceea se aplică vârfului cel nou. Vârfulurile de mixare și vârfulurile intraorale sunt de unică folosință. Pentru a preveni contaminarea înlocușii între pacienți, vârfulurile intraorale trebuie eliminate după fiecare utilizare.

În toate materialele de amprentare cu silicon de aditie, timpul de priză poate fi afectat prin contactul cu produse care conțin sulf sau azot activ, sau prin materiale prospete de obturație din compozit sau suprastructuri. Aceste produse includ mănăși din latex, materiale de amprentare din polisulfide, soluții de retracție etc. De aceea trebuie să vă asigurați de o bună spălare și uscare a caviștii bucale înainte de luarea amprentei. În cazul în care materialul intră în contact cu ochii, clătiți cu apă timp de câteva minute. Dacă simptomele persistă, consultați un oftalmolog. Nu înghițiți și nu ingerați. Dacă în urma înghițirii materialului de tipar apar probleme de sănătate, consultați imediat medicul. Rapori este de exemplu, să se producă oculoare interstițiale. Înainte de prima utilizare, vă rugăm să verificați existența defectelor print-un control vizual. Produsele deteriorate nu trebuie să fie utilizate. Utilizarea exclusiv de către personalul calificat stomatologic.

Realizarea modelului: Culoarea amprentei (turnarea modelului) se poate efectua după 30 min. după scoaterea amprentei din cavitatea bucală. Nici o altă limitare nu se aplica. Amprentele au o mare stabilitate în timp.

Recomandare: Compatibil cu toate materialele de modelare obteneabile în comerț, de exemplu: Material de modelare: Recomandăm: ghips clasa a III-a, MOLDANO® ghips clasa a IV-a, MOLDASTONE®/MOLDASYN®

Galvanizare: Amprenta poate fi introdusă în baie galvanică pentru argintare sau baie galvanică convențională.

Návod k použití (CZ)

Elastomerní přesný odtiskový materiál na bázi silikonu, dodatečně tvrzený.

Informace k použití:
Flexitime® sortiment je ideální, na sebe sladný systém a nabízí Vám se svými variantami možnost individualně kombinovat všechny techniky snímání otsků. Kombinace s jinými silikónovými materiály nedoporučujeme.

Nežádoucí účinky:
Tento výrobek nebo některá z jeho složek může v některých případech vyvolat alergickou reakci. V případě podezření může být informace o složení získána od výrobce.

Plechovky po použití starostlivě uzavřít. Nezaměnit uzávěry/víka /dávkováčičky. Když používáte kartušce poprvé vytlačte z nich před nasazením směšovací kanyly trochu materiálu. Po použití ponechat směšovací kanylu jako uzávěr na místě. Těsně před dalším použitím vytlačit trochu materiálu a vyměnit směšovací kanylu za novou. Michací koncovky a intraorální koncovky jsou výrobky určené k jednorázovému použití. Aby se zabránilo křížové kontaminaci mezi pacienty, intraorální koncovky se musí po použití zlikvidovat!

V všech aditivních silikonových odtiskovacích materiálech se mohou objevit změny v průběhu tuhnutí, pokud materiál přijde do styku s aktivní sírou nebo dusíkem, případně čerstvými kompozitními výplněmi nebo nástavkami. Tyto látky jsou obsaženy v latekových rukavičkách, polysulfidových odtiskovacích materiálech, retrakčních roztocích atd. Pokud dojde k zasazení očí materiálem, oči důkladně vyplachujte vodou po dobu několika minut. Pokud použijte přetvářející, vyhledávejte očního lékaře. Nepolykat a nežívatí vnitřně. Vyskytno-li se v případě spoiknutí materiálu otsku zdravotní potíže, ihned kontaktujte lékaře. V ojedinelých případech může dojít např. k neprochodnosti střev. Před prvním použitím zkontrolujte, zda výrobek nejeví viditelné známky poškození. Poškozené výrobky nesmějí být používány. Výrobek smí používat pouze kvalifikovaný zubní specialista.

Výroba modelů: Vytváření otsků se může provést již 30 minut po jeho vytváření z úst, jinak neexistují žádná časová omezení. Otsk zůstane dlouhodobě stabilní a je skladovatelný.

Doporučený modelový materiál: Všechny běžné modelové materiály jsou použitelné. Doporučujeme: Třída III sádra, MOLDANO® Třída IV sádra, MOLDASTONE®/MOLDASYN®

Galvanizace: Otsky se dají galvanicky ve zvyklých koupelích pomědit nebo postříbit.

Használati utasítás (HU)

Szilikonalapú elasztomer precíziós lenyomatanyag, többkomponensű.

Használati utasítás:
A Flexitime® készlet egymáshoz tökéletesen illeszkedő komponenseinek megfelelő kombinációja lehetővé teszi az összes ismert lenyomatvetélti technika alkalmazását. Más szilikon lenyomatanyagokkal való kombináciását viszont nem javasoljuk.

Mellékhatások:
Ez a termék vagy valamely összetevője egyedi esetekben allergiás reakciókat válthat ki. Amennyiben ez felmerül, a gyártótól lehet tájékoztatást kérni az összetevőkről.

A tubusokat a használat után gondosan le kell zárni. A kupakokat/ fedeleket adagolókanalakat ne keverjük össze. A tubusok első alkalommal történő használatakor a keverőcsőr felhasználása előtt kevés anyagot nyomjunk ki. A használat után a keverőcsőrt, mint zárkupakot, hagyjuk a tubuson. A következő használat előtt, természetesen, újra nyomjunk ki kevés anyagot, a keverőcsőrt pedig cseréljük újra. A keverőcsőrk és az intraorális végek egyszer használatos termékek. A kereset fertőtlenítés megelőzése érdekében az intraorális végeket minden használat után cserélni kell.

A kén- vagy nitrogén tartalmú anyagokkal (ilyen termékek a latex gumikesztyűk, a polisulfid bázisú lenyomatanyagok vagy a retrakciós oldatok) való érintkezés, illetve a frissen készült kompozit tömések vagy csanak felépítésék megzavarhatják az additívok kötésű szilikon lenyomatanyagok kötésmechanizmusát. Ha a szembe kerül, több percen keresztül öblítse vízzel. Tartós panszok esetén forduljon szemorvoshoz. Tíles lenyeltetés megengedi. Ha a lenyomatanyag lenyelése után egészségügyi panszok merülnek fel, azonnal forduljon orvoshoz! Ritka esetben pl. bélzáródás fordulhat elő. Első használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizni kell a sérletlenséget. A sérült termékeket tilos felhasználni. Csak fogászati szak személyzet használhatja.

Mintakészítés: A lenyomatot 30 perccel a szájból történő eltávolítás után kiönthetjük. A lenyomat korlátlan ideig eltartható.

Megfelelő modell anyag: Bármely használatban lévő mintanyag alkalmas. Ajánlatunk: III. osztályú gipsz, MOLDANO® IV. osztályú gipsz, MOLDASTONE®/MOLDASYN®

Galvanizálás: A lenyomatokat mind rézzel, mind pedig ezüsttel be lehet vonni a szokásos eljárással.

Kullanma talimatı (TR)

Katkolya sertleşen, silikon esaslı elastomer hassas ölçü matzemesi.

Kullanım için bilgiler:
Flexitime® set istisnae bağılı olarak tüm ölçü alma teknikleri ile kombine olarak kullanılabilen değışken kvanlı bir sistemdir. Başka herhangi bir silikon ölçü maddesi ile kombine olarak kullanılması tavsiye etmemizdir.

Yan etkiler:
Bu ürün ya da onun bir bileşeni bazı durumlarda ağır hassasiyete sebep olabilir. Şüpheli durumlarda, içerdığı maddelerle ilgili olarak üreticiden bilgi temin etmek mümkündür.

Kullanım kullandktan sonra itinalı bir şekilde kapatın. Kapakları / dozaj kağıdını değıştirmeyiniz. Kartuşları ilk kez kullandıgınızda karışırma ucunu yerleştirmeden önce bir miktar matzeme sıkınız. Kullandıktan sonra karışırma ucunu kapak olarak kartuşun üzerine bırakınız. Bir sonraki kullandıktan önce kapatıgınız ucı çıkartınız. Sonraki kullandıktan hemen önce bir miktar matzeme sıkınız ve karışırma ucunu yenile değıştiriniz. Karışırma Uçları ve Intraoral Uçlar tek kullanımlık üretilmiştir. Hastalar arasında çapraz kontaminasyonu önlemek için Intraoral Uçları kullandıktan sonra atmalınız.

Tüm katkolya sertleşen silikon ölçü matzemesinde sertleşme süreci aktif Sülfür veya Nitrojen içeren ürünlerle ya da yeni yapılmış kompozit dolgular veya üstyapılarla temastan etkilenen-bilir. Benzer arastırma etkiler eklenir. Polisülfid ölçü matzemesi, ret arastırma solüsyonu ve gibi ürünler ilahumaktadır. Bu yüzden ölçü alınmadan önce hasta ağızını iyice yıkayın kurutmalısınız sağlıklıyın. Eğer matzeme gözüne temas ederse, gözü birkaç dakika suyla yıkayın. Belirtiler devam ederse bir göz doktoruna başvurun. Yutulması ve yememelemdir. Ölçü maddesinin yutulması sonrası sağlık sorunları söz konusu olabilir, derhal doktorla gidilmelidir. Nadir durumlarda, örn. bağırsak düğümlenmesi (ileüs) söz konusu olabilir. Lütfen ilk kez kullandıktan önce, herhangi bir hassas olup olmadıgını tespit etmek için, gözetil kontrol yapınız. Hastalar arasında kullandıkları. Sadece tıbbi şif tedavisi ile ilgili uzman elemanlar tarafından kullanılmalıdır.

Model yapılıması: Kalıbn dokümanı ağızdan çıkarıldıktan 30 dakika sonra gerçekleştirilebilir. Başka herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Sertleşmiş olan ölçü uzun dönemli buoytsal stabilite garantisini atındır.

Tavsiye edilen Model matzemesi: Tavsiye ettiğimiz: III. sınıf alçı, MOLDANO® IV. sınıf alçı, MOLDASTONE®/MOLDASYN®

Galvanizasyon: Ölçüler alışılagelmiş kaplama banyolarında bakır ve gümüş ile kaplanabilir.

Instructions for use (GB)

Elastomeric, silicone-based precision impression material, addition-cured.

Practical tips:
Flexitime® assortment is a variable consistency system that can be combined individually for all impression taking techniques. We do not recommend use in combination with any other silicone impression material.

Side effects:
This product or one of its components may in particular cases cause hypersensitive reactions. If suspected, information on the ingredients can be obtained from the manufacturer.

Tubs must be carefully sealed after use. Do not inter-change lids, caps or spoons. When using cartridges for the first time extrude some material before positioning mixing tip. After use used mixing tip in situ as prevent on cartridge. Before next use remove sealed tip. Immediately prior to next use replace mixing tip by a new one. Mixing Tips and Intraoral Tips are single-use products. To sealer cross-contamination between patients, Intraoral Tips must be discarded after each use.

In all addition-curing silicone impression materials, the setting process may be affected by contact with products containing active Sulfur or Nitrogen, or by fresh composite fillings or superstructures. These products include latex gloves, polysulfide impression materials, retraction solutions, etc. Therefore, please ensure that patient's mouth (i.e. preparation and gingival margin) is thoroughly washed and dried before Impression taking impressions. If material comes into contact with the eyes, rinse it out with water for several minutes. If symptoms persist, consult an eye specialist. Do not swallow and ingest. If health problems arise after swallowing impression material, seek medical attention immediately. Intestinal blockage may arise in rare cases. Visually inspect for damage before use. If damaged products must not be used. For use by dental personnel only.

Model fabrication: Pouring can take place 30 min. after impression is removed from the mouth. No other limitations apply. The set impression has guaranteed long term dimensional stability.

Recommended Model Material: Compatible with all commercially available modelling materials e.g.: Class III Gypsum, MOLDANO® - In the US: Modern Materials®, Die Keen®. Class IV Gypsum, MOLDASTONE®/MOLDASYN®

Electroplating: Impressions can be copper or silver plated in conventional plating baths.

Flexitime®

(HR) Upute za uporabu

(PL) Instrukcja obsługi

(RO) Instrucțiuni de utilizare

(CZ) Návod k použití

(HU) Használati utasítás

(TR) Kullanma talimatı

(GB) Instructions for use

(BR) Instruções de uso

(ES) Instrucciones de uso

(RU) Инструкция по применению

(AE) تعليمات الاستخدام

(CN) 使用说明

(KR) 사용 설명서

(TH) คำแนะนำในการใช้

(ID) Petunjuk penggunaan

Manufacturer: Kulzer GmbH Leipzig Straße 2 63450 Hanau (Germany)

Made in Romania

Importado e Distribuído por Kulzer South America Ltda. CNPJ 48.708.010/0001-02 Rua Cenzo Sbrighi, 27 - cj. 42 São Paulo - SP - CEP 05036-010 sac@kulzer-dental.com Resp. Técnica: Dra. Regiane Marton - CRO 70.705 N° ANVISA: vide embalagem



Dezinfekcija: Modeli se mogu obradivati vodenom otopinom natrij-hipoklorida (5,25%, do 10 minuta*) ili nekom drugom dezinfekcijskom otopinom za silikone. Pritom se pridržavajte propisa za dezinfekciju/obradu pojedinog proizvođača.

Aktivator prijanjanja: Uvjeti skladištenja: Ne držati na temperaturi iznad 25°C (77°F)

Flexitime®	EN ISO 4823	Boja proizvoda		Vrijeme miješanja s	Radno vrijeme izvan usta* 23°C (73°F)	Radno vrijeme unutar usta 35°C (95°F)	Min. vrijeme držanja u ustima min.:s
		base	catalys				
Easy Putty	tip 0 gnečiv	ljubičasta	svjetlo siva	30	2:30	–	2:30
Heavy Tray	tip 1 stabo tekući	ljubičasta	svjetlo siva	–	2:30	–	2:30
Monophase	tip 2 srednje tekući	purpurna	svjetlo siva	–	2:30	1:00	2:30
Correct Flow	tip 3 lako tekući	svetlo zelena	svjetlo siva	–	2:30	1:00	2:30

* Na temperaturi prostorije od 23°C (73°F), 50% relative vlažnosti. Više temperature skraćuju, niže produžuju ova vremena.

Description of applicational / packaging icons					
A = Koristite samo paste s istim brojem serije.	D = Vrijeme miješanja	H = Mješalica za pistolj			
B = Ikona "Upotreba posebnog programa u Dynamik® speed jedinica za miješanje moguća"	E = Radno vrijeme izvan usta	K = Intraoralni nastavak			
C = Omjer miješanja	F = Radno vrijeme unutar usta	G = Vrijeme u ustima			

Revizija: 2014-03

Dezinfekcija: Wyciski mogą być dezynfekowane 5 % lub 10 % roztworem podchlorynu sodu przez 10 min, lub innym środkiem nadającym się do dezynfekcji silikonów. Należy przy tym przestrzegać zaleceń producenta stosowanych środków.

Kleje: Zalecamy stosowanie kleju Universal Adhesive Kulzer. **Warunki przechowywania:** Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C (77°F).

Flexitime®	EN ISO 4823	Kolor produktu		Czas miesz. Sek.	Czas pracy poza jamą ustną* 23°C (73°F)	Czas pracy w jamie ustnej 35°C (95°F)	Czas pobierania wycisku Min.:Sek.
		Baza	Kat.				
Easy Putty	Typ 0 do ugniatania	Fioletowy	Jasnoszary	30	2:30	–	2:30
Heavy Tray	Typ 1 o dużej gęstości	Fioletowy	Jasnoszary	–	2:30	–	2:30
Monophase	Typ 2 o średniej gęstości	Purpurowy	Jasnoszary	–	2:30	1:00	2:30
Correct Flow	Typ 3 o niskiej gęstości	Jasno zielony	Jasnoszary	–	2:30	1:00	2:30

* Przy temperaturze 23°C (73°F), 50% wilgotności. Wyższa temperatura skracza, a niższa wydłuża podane czasy.

Description of applicational / packaging icons					
A = Stosować tylko pasty o tym samym numerze serii	D = Czas mieszania	H = Statyczna końcówka mieszająca			
B = Ikona „Możliwość stosowania programu specjalnego w urządzeniu mieszającym Dynamik® speed”	E = Czas pracy poza jamą ustną	K = Kończówka do bezpośredniej aplikacji			
C = Współczynnik mieszania	F = Czas pracy w jamie ustnej	G = Czas w jamie ustnej			

Wersja: 2014-03

Dezinfectare: Amprenta se sculundă timp de 10 min.* în soluție de hipoclorit de sodiu 5.25%. Poate fi folosită orice altă soluție dezinfectantă cu indicații specifică pentru siliconi.

Adezi pentru linguri: Recomandăm utilizarea adezivului Universal Kulzer. **Condiții de depozitare:** La temperaturi nu mai mari de 25°C (77°F).

Flexitime®	EN ISO 4823	Culoarea produsului		Timpul de amestec s	Timp de lucru extraoral* 23°C (73°F)	Timp de lucru intraoral min.:s	Timpul minim în lucru min.:s
		Baza	Catalizatorul				
Easy Putty	Tipul 0 deformabil	violet	gri deschis	30	2:30	–	2:30
Heavy Tray	Tipul 1 structură grea	violet	gri deschis	–	2:30	–	2:30
Monophase	Tipul 2 structură medie	purpuriu	gri deschis	–	2:30	1:00	2:30
Correct Flow	Tipul 3 structură ușoară	verde deschis	gri deschis	–	2:30	1:00	2:30

* La temperatura camerei de 23°C (73°F), 50% rel. umiditate. Temperaturile mai ridicate micșorează, temperaturile mai scăzute prelungesc acești timp.

Description of applicational / packaging icons					
A = Se utilizează exclusiv paste cu același număr de LOT	D = Timp de mixare	H = Vârf de mixare statică			
B = Pictograma "Este posibilă utilizarea programului special la dispozitivul de mixare Dynamik® speed"	E = Timp de lucru extraoral	K = Vârf intraoral			
C = Raport de amestec	F = Timp de lucru intraoral	G = Timp în cavitatea bucală			

Actualizat: 2014-03

Dezinfekce: Otsky se můžou dezinfikovat vodním roztokem chlornanemu sodného (5,25%, po dobu až do 10 minut*) nebo jiným dezinfekčním roztokem pro silikoný. Dodržujte přitom předpisy k dezinfekci a použití jednotlivých výrobců.

Zprostředkování přínavosti: Doporučujeme použití našeho Universal Adhesives. **Podmínky skladování:** Neskladovat při teplotě nad 25°C (77°F)!

Flexitime®	EN ISO 4823	Barva produktu		Doba míchání vt.	Doba zpracování mimo dutinu ústní* 23°C (73°F)	Doba zpracování v dutině ústní 35°C (95°F)	Min. doba v ústech min.:vt.
		Základ	Katalyzátor				
Easy Putty	Typ 0 tvarovatelný	fialová	světlešedá	30	2:30	–	2:30
Heavy Tray	Typ 1 silně zhuštěný	fialová	světlešedá	–	2:30	–	2:30
Monophase	Typ 2 středně zhuštěný	purpurová	světlešedá	–	2:30	1:00	2:30
Correct Flow	Typ 3 lehce zhuštěný	světlezelená	světlešedá	–	2:30	1:00	2:30

* vztahuje se na teplotu místnosti o 23°C (73°F), 50% relativní vlhkost. Vyšší teploty zkracují, nižší teploty prodlužují tyto doby.

Description of applicational / packaging icons					
A = Používejte pouze pasty se stejným číslem šarže.	D = Doba mísení	H = Špička pro statické mísení			
B = Ikona "Lze použít speciální program na mísicí jednotce Dynamik® speed"	E = Doba zpracování mimo dutinu ústní	K = Intraorální špička			
C = Poměr mísení	F = Doba zpracování v dutině ústní	G = Doba v dutině ústní			

Datum revize: 2014-03

Flexitime® Instruções de uso BR

Material elastômero para moldagens precisas, à base de silicone.

Informações para uso:

A gama Flexitime® é um sistema idealmente integrado e oferece, com as suas várias opções, a possibilidade de combinações que permitem atender todas as técnicas de moldagem. Recomendamos que não se utilize em combinação com outros materiais de silicone.

Efeitos secundários:

Este produto ou algum de seus componentes pode provocar reações alérgicas em casos isolados. Em caso de suspeita, contate o fabricante para obter informações sobre a composição.

Depois de usar, fechar os potes cuidadosamente. Não trocar as tampas nem as colheres dosadoras. Ao usar cartuchos pela primeira vez, deixe sair um pouco do material antes de colocar a ponta misturadora. Depois de usar, utilize a cânula como tampa do cartucho. Imediatamente antes do próximo uso, dispense um pouco do material e substitua a ponta misturadora por uma nova. Pontas misturadoras e pontas intra-orais são produtos de uso único. Para evitar a contaminação cruzada entre pacientes, as pontas intra-orais devem ser descartadas após cada utilização.

Em todos os materiais de moldagem de silicone por adição polimerizáveis podem surgir alterações no comportamento de presa quando em contato com produtos que contemham enxofre ou nitrogênio ativo, ou com restaurações de resinas comunitas recém realizadas. Estes produtos incluem luas de látex, materiais de moldagem à base de polissulfetos, substâncias para afastamento gengival, etc. Em caso de contato com os olhos, lavar, durante vários minutos, com água. Em caso de dores persistentes, consultar um oftalmologista. Não engolir nem ingerir. Caso ocorram problemas de saúde depois de se engolir material de moldagem, consulte imediatamente um médico. Em casos raros, pode ocorrer, por ex., occlusão intestinal. Antes da primeira utilização, submeter a uma inspeção visual, de forma a detectar possíveis danos. É proibido utilizar os produtos que apresentem danos. Aplicação apenas por pessoal médico especializado em odontologia.

Confeção do modelo: O molde pode ser vazado a partir de 30 min após a remoção do molde da boca, decorrido 1 hora não há limitações de tempo. O molde apresenta uma estabilidade longa ao armazenamento.

Material recomendado para confecção do modelo: Podem utilizar-se todos os produtos disponíveis no mercado:

Recomendamos:
Classe III Gesso, MOLDANO®
Classe IV Gesso, MOLDASTONE®, MOLDASYN®
As impressões podem ser tratadas ou cobradas por galvanização em banhos convencionais.

Galvanização:

Flexitime® Instrucciones de uso ES

Material elastomérico para impresiones de precisión con base de silicona, polimerizable por adición

Utilizaciones de los tips:

Flexitime® es un ideal sistema de sincronización, con esta variación creamos la posibilidad de combinaciones individuales para todas la técnicas de impresión. No recomendamos su uso en combinación con otras siliconas.

Efectos secundarios:

Este producto o cualquiera de sus elementos pueden, en casos aislados, causar reacciones alérgicas. En caso de duda, puede solicitar información sobre los componentes al fabricante.

Los botes deben ser cuidadosamente cerrados después de su uso. No intercambiar tapones o cucharas. Cuando se usen los cartuchos la primera vez presionar suavemente hacia afuera algo de material que se encuentra en el cabezal de mezcla. Después del uso, guardar el cartucho con el cabezal de mezcla justo antes de usar, presionar hacia fuera una pequeña cantidad de material y sustituir la cánula por una nueva. Las puntas de mezcla y las puntas intraorales son productos de un solo uso. Al fin de evitar la contaminación cruzada entre pacientes, las puntas intraorales deben desecharse después de cada uso.

En todos los materiales de impresión de silicona polimerizables por adición pueden producirse alteraciones del fraguado en caso de contacto con productos que contengan azufre o nitrogênio activo, o de obturaciones o superestructuras de composite recién efectuadas. Estos productos incluyen quantes de látex, materiales de impresión de polisulfeto, soluciones retractoras, etc. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua durante varios minutos. Si persisten las molestias, acuda a un oftalmólogo. No ingerir ni tragar. En caso de que se produzcan molestias después de la ingestión de material de moldeado, solicitar atención médica. En ocasiones excepcionales puede producirse, por ejemplo, una obstrucción intestinal. Antes de la primera utilización, realizar una inspección visual para detectar posibles daños en el producto. No utilizar productos dañados. Uso exclusivo para personal especializado en odontología.

Vaciado del modelo: El vaciado del modelo se puede realizar 30 min después de la extracción de la impresión de la boca. Sin ninguna limitación en las aplicaciones. Impresión estable durante largo tiempo.

Material recomendado para el modelo: Todos los materiales para modelo comercializados pueden utilizarse.

Materiales recomendados:
Yeso Clase III.: MOLDANO®
Yeso de Clase IV.: MOLDASTONE®, MOLDASYN®
Las impresiones pueden ser recubiertas con cobre o plata galvanícamente empleando un baño corriente.

Galvanizado:

Flexitime® Инструкция по применению RU

Высокоточный эластомерный слепочный материал на основе силикона, отверждаемый по реакции полиприсоединения.

Рекомендации по применению:

Палитра слепочных материалов Flexitime® идеально скомбинирована и при правильном комбинировании ее составных элементов, она может быть применена для выполнения высококачественных слепков с использованием любой техники их выполнения. Комбинирование с другими силиконовыми материалами при работе мы крайне не рекомендуем.

Побочные эффекты:

При определенных обстоятельствах этот продукт или один из его компонентов могут вызывать аллергические реакции. Если есть подозрение, можно получить информацию об ингредиентах, обратившись к изготовителю.

По завершению использования тщательно закрывайте все емкости с материалами. При первом использовании картриджа, перед фиксацией на нем смешивающей канюли, надо выдуть немного материала. После завершения использования картриджа оставьте смешивающую канюлю на нем в качестве заглушки. Непосредственно перед последующим применением замените канюлю, предварительно вновь выдуйте немного материала. Наконечники для смешивания и внутритровые наконечники предназначены для одноразового использования. Во избежание перекрестного заражения пациентов внутритротовые наконечники необходимо выбрасывать после однократного применения.

На процесс схватывания всех слепочных материалов на основе силикона, отверждаемых по реакции полиприсоединения, может повлиять контакт с изделиями, содержащими активную серу или азот, и с недавно установленными композиционными пломбами и супракострукциями. К таким изделиям относятся латексные перчатки, полисульфидные слепочные материалы, растворы для регрессии и т.д. При попадании в глаза несколько минут промывать водой. В случае продолжительных симптомов обратиться к врачу-окулисту. Не плотать и не принимать внутрь. Если после проглатывания формовочного материала возникает жалоба на здоровье, незамедлительно обратиться к врачу. В редких случаях может возникнуть необходимость кишечноки. Перед первым использованием провести визуальный контроль в отношении повреждений. Запрещается использовать поврежденные продукты. Использование разрешается только стоматологам.

Изготовленные модели: Модель может быть отлита по слепку не ранее, чем через 30 минут после его введения в полости рта. Других временных ограничений нет. Слелок при длительном хранении остается стабильным.

Рекомендуемый материал для выполнения моделей: В принципе может быть применен любой обычный материал. Мы рекомендуем: гипс III – IV класса MOLDANO® или; гипс IV – го класса MOLDASTONE®/MOLDASYN®.

Galvanización: Слелки могут быть обычным образом гальванически покрыты медью или серебром.

Desinfección: Слелки могут быть дезинфицированы водным раствором гипохлорита натрия (5,25 %-ным до 10 мин*) или любым другим.

Desinfección:

As impressões podem ser tratadas com uma solução líquida de hipoclorito de sódio (a 5,25%, até 10 minutos*) ou com qualquer outra solução desinfetante apropriada para silicones. Ler atentamente as recomendações do fabricante do desinfetante antes de o utilizar.

* Gelson Luis Adabo, DDS, PhD, Elaine Zanarotti, Renata Garcia Fonseca, and Carlos Alberto dos Santos Cruz, DDS, PhD
Effect of disinfectant agents on dimensional stability of elastomeric impression materials. J Prosthet Dent, 81, 621-4, 1999

Adesivo:

Recomendamos a utilização do nosso Universal Adhesive.

Condições de Armazenamento:

Não armazenar em temperaturas superiores a 25°C (77°F).

Flexitime®	EN ISO 4823	Cor do produto		Tempo de mistura	Tempo de trabalho extraoral* 23°C (73°F)	Tempo de trabalho intraoral 35°C (95°F)	Período mínimo a manter na boca
Easy Putty	Tipo 0 moldável	violeta	cinza claro	30 s	2:30	min.:s	2:30
Heavy Tray	Tipo 1 consistência pesada	violeta	cinza claro	–	2:30	–	2:30
Monophase	Tipo 2 consistência média	púrpura	cinza claro	–	2:30	1:00	2:30
Correct Flow	Tipo 3 consistência leve	verde claro	cinza claro	–	2:30	1:00	2:30

* Relacionado com uma temperatura ambiente de 23°C (73°F), 50 % de umidade relativa. Temperaturas mais elevadas reduzem os períodos indicados e temperaturas mais baixas prolongam-nos.

Description of applicational / packaging icons							
Descrição dos ícones de aplicação e da embalagem							
A = Utilize apenas pastas com o mesmo nº de lote	D = Tempo de mistura					H = Ponta de mistura estática	
B = Ícone indicando que o programa especial de Unidade de Mistura Dynamik® speed pode ser utilizado	E = Tempo de trabalho extraoral					K = Ponta intraoral	
C = Proporção da mistura	F = Tempo de trabalho intraoral					G = Tempo na boca	

Última revisão: 2014-03

Desinfección:

Las impresiones pueden tratarse con una solución acuosa de hipoclorito de sosa (al 5,25 %, hasta 10 min*) o con otras soluciones de desinfección específicas para siliconas. Por favor tenga en cuenta las advertencias del fabricante con respecto a la desinfección y la manipulación del producto.

* Gelson Luis Adabo, DDS, PhD, Elaine Zanarotti, Renata Garcia Fonseca, and Carlos Alberto dos Santos Cruz, DDS, PhD
Effect of disinfectant agents on dimensional stability of elastomeric impression materials. J Prosthet Dent, 81, 621-4, 1999

Adhesivos: Recomendamos usar nuestro Universal Adhesive.

Condições de armazenamento: No armazenar a temperatura mayor de 25°C (77°F).

Flexitime®	EN ISO 4823	Color del producto		Tempo de mezcla	Tempo de trabajo fuera de la boca* 23°C (73°F)	Tempo de trabajo dentro de la boca 35°C (95°F)	Mínimo tiempo en boca
Easy Putty	Tipo 0 maleable	violeta	gris claro	30 s	2:30	–	2:30
Heavy Tray	Tipo 1 denso	violeta	gris claro	–	2:30	–	2:30
Monophase	Tipo 2 semidenso	violeta	gris claro	–	2:30	1:00	2:30
Correct Flow	Tipo 3 fluido	verde claro	gris claro	–	2:30	1:00	2:30

* Referidos a temperatura ambiente de 23°C (73°F) y a una humedad relativa de 50% temperatura más elevadas acortan estos tiempos y más bajas los prolongan.

Description of applicational / packaging icons							
Descrição dos símbolos de la aplicación/empaquetado							
A = Use solo pastas con el mismo N.º de LOTE	D = Tiempo de mezcla					H = Punta de mezcla estática	
B = Símbolo "Es posible el uso del programa especial mezclado en la Dynamik® speed"	E = Tiempo de trabajo fuera de la boca					K = Punta de mezcla intraoral	
C = Proporción de mezcla	F = Tiempo de trabajo dentro de la boca					G = Tiempo en la boca	

Revisión: 2014-03

пригодным для обработки силиконовых материалов, дезинфекционным средством. При этом соблюдайте обязательно соответствующие рекомендации производителя по подготовке данного дескрипта и дезинфекционной обработке им.
* Gelson Luis Adabo, DDS, PhD, Elaine Zanarotti, Renata Garcia Fonseca, and Carlos Alberto dos Santos Cruz, DDS, PhD
Effect of disinfectant agents on dimensional stability of elastomeric impression materials. J Prosthet Dent, 81, 621-4, 1999

Recomendación po fijación de slpek en la boca: Мы рекомендуем применение нашего универсального адгезива.

Условия хранения: Хранить при температуре не выше 25°C (77°F).

Flexitime®	EN ISO 4823	Цвет материала		Время смешивания сек	Время обработки вне полости рта* 23°C (73°F) мин:сек	Время обработки в полости рта 35°C (95°F) мин:сек	Миним- альное время нахождения во рту мин:сек
Easy Putty	Тип 0 Смешивание путем разминания	фиолетовый	светло серый	30	2:30	–	2:30
Heavy Tray	Тип 1 Вязко-текучая консистенция	фиолетовый	светло серый	–	2:30	–	2:30
Monophase	Тип 2 Средне-текучая консистенция	пурпурный	светло серый	–	2:30	1:00	2:30
Correct Flow	Тип 3 Легко-текучая консистенция	светло-зеленый	светло серый	–	2:30	1:00	2:30

* Измерения проводились при комнатной температуре 23°C/73°F и 50 % относительной влажности воздуха. Более высокая температура укорачивает, а более низкая – удлиняет приведенное выше время обработки.

Description applicational / packaging icons							
Описание пиктограмм на продукте и упаковке							
A = Использовать только пасты с одним и тем же № партии.	D = Время смешивания					H = Фиксированный смесительный наконечник	
B = Пиктограмма «Возможно использование специальной программы на смесителе Dynamik® speed»	E = Время обработки вне полости рта					K = Внутритротовой наконечник	
C = Соотношение для смешивания	F = Время обработки в полости рта					G = Внутритротовой наконечник	

пригодным для обработки силиконовых материалов, дезинфекционным средством. При этом соблюдайте обязательно соответствующие рекомендации производителя по подготовке данного дескрипта и дезинфекционной обработке им.
* Gelson Luis Adabo, DDS, PhD, Elaine Zanarotti, Renata Garcia Fonseca, and Carlos Alberto dos Santos Cruz, DDS, PhD
Effect of disinfectant agents on dimensional stability of elastomeric impression materials. J Prosthet Dent, 81, 621-4, 1999

Recomendación po fijación de slpek en la boca: Мы рекомендуем применение нашего универсального адгезива.

Условия хранения: Хранить при температуре не выше 25°C (77°F).

Flexitime®	EN ISO 4823	Цвет материала		Время смешивания сек	Время обработки вне полости рта* 23°C (73°F) мин:сек	Время обработки в полости рта 35°C (95°F) мин:сек	Миним- альное время нахождения во рту мин:сек
Easy Putty	Тип 0 Смешивание путем разминания	фиолетовый	светло серый	30	2:30	–	2:30
Heavy Tray	Тип 1 Вязко-текучая консистенция	фиолетовый	светло серый	–	2:30	–	2:30
Monophase	Тип 2 Средне-текучая консистенция	пурпурный	светло серый	–	2:30	1:00	2:30
Correct Flow	Тип 3 Легко-текучая консистенция	светло-зеленый	светло серый	–	2:30	1:00	2:30

* Измерения проводились при комнатной температуре 23°C/73°F и 50 % относительной влажности воздуха. Более высокая температура укорачивает, а более низкая – удлиняет приведенное выше время обработки.

Description applicational / packaging icons							
Описание пиктограмм на продукте и упаковке							
A = Использовать только пасты с одним и тем же № партии.	D = Время смешивания					H = Фиксированный смесительный наконечник	
B = Пиктограмма «Возможно использование специальной программы на смесителе Dynamik® speed»	E = Время обработки вне полости рта					K = Внутритротовой наконечник	
C = Соотношение для смешивания	F = Время обработки в полости рта					G = Внутритротовой наконечник	

пригодным для обработки силиконовых материалов, дезинфекционным средством. При этом соблюдайте обязательно соответствующие рекомендации производителя по подготовке данного дескрипта и дезинфекционной обработке им.
* Gelson Luis Adabo, DDS, PhD, Elaine Zanarotti, Renata Garcia Fonseca, and Carlos Alberto dos Santos Cruz, DDS, PhD
Effect of disinfectant agents on dimensional stability of elastomeric impression materials. J Prosthet Dent, 81, 621-4, 1999

Recomendación po fijación de slpek en la boca: Мы рекомендуем применение нашего универсального адгезива.

Условия хранения: Хранить при температуре не выше 25°C (77°F).

المراجع:	تأثيرات مواد التشكيل الرن.
من أجل مئانة التثبيت:	تتمسك باستعمال منتجنا مع مادة التثبيت: Kulzer universal Adhesive

لا يحفظ في مكان تكون درجة حرارته أكثر من 25.°C (77°F)

Flexitime® فليكستيم®	EN ISO 4823	لون الخلط		مدة الخلط	زمن العمل خارج الفم* 23°C (73°F)	زمن العمل داخل الفم 35°C (95°F)	أقل مدة بقاء في الفم
Easy Putty	صنف 0 يوتي سهل العجن	البنفسجي	بنفسجي فاتح	30 ثانية	2:30	–	2:30
Heavy Tray	صنف 1 طبقة ريش شبيك	بنفسجي	فاتح	-	2:30	–	2:30
Monophase	صنف 2 تشكيل بخضرة واحدة	أرجواني	فاتح	-	2:30	1:00	2:30
Correct Flow	صنف 3 طبقة ريش سهل	أخضر فاتح	فاتح	-	2:30	1:00	2:30

* في غرفة ذات درجة حرارة تعادل 23°C (73°F) 50% رطوبة نسبية. إذا كانت درجة الحرارة أعلى من ذلك فهي تقلص من هذه المدة، أما إذا كانت درجة الحرارة أقل من ذلك فهي تزيد من هذه المدة.

Description of applicational / packaging icons							
اوصاف الاستخدام/رموز الصواب							
A = استخدم فقط المعجون من نفس رقم البغدة	D = زمن الخلط					H = رأس الخلط الساكن	
B = رمز إمكانية استخدام البرنامج الخاص في Dynamic® speed (بايتايميكس سيدب)	E = زمن العمل خارج الفم					K = رأس الحقن القوي	
C = نسبة التميخ	F = زمن العمل داخل الفم					G = الزمن ضمن الفم	

تاريخ التفتيح: 03-2014

Flexitime® 使用说明 CN

弹性体加聚类硅橡胶印模材料。

操作技巧： Flexitime® 套装产品是一个由多种不同流动性的型号组合而成的完整的印模系统，可以分别组合适用于所有制取印模技术，我们不建议将它与其它硅橡胶印模材料混合使用。

副作用： 本品或其某种成份偶可引起过敏性反应。如有疑问，可从制造商索取有关成份的资料。

瓶子每次用完后必须完好密封，不要交叉使用盖子，帽子和勺子。当首次使用弹筒时，先挤压出少量材料在安装混合头。使用后留置混合头于弹筒顶端密封存储使用。下次使用前去掉弹筒存储，挤压出少量材料后在换置新的混合头。混合头和口腔内注射头都是一次性用品。为避免患者间的交叉污染，口腔内注射头每次使用后必须丢弃。

所有的加聚类硅橡胶印模材料的加工过程可能会受接触一些物质的影响，如含活性硫或氧的产品，新的合成树脂填充物或上部结构。这些物质包括乳胶手套、多硫化合物印模材料及排龈液等。如症状仍持续存在，请咨询牙科医生。不可吞嚼和内服。若吞入成型材料后出现不适症状，则请立即就医。可能导致严重后果，例如脑梗阻，但较罕见。首次使用前，请目测检查产品有无损坏。如产品已损坏，则不得用于牙科专业人员使用本品。

灌注模型： 印模取出后30分钟，可灌注石膏模型。没有其它使用限制，印模可长期保持尺寸稳定。

推荐模型材料： 可与所有市场上模型材料兼容

我们推荐：
III类石膏，MOLDANO®
IV类石膏，MOLDASTONE®/MOLDASYN®

可以在传统的电镀槽中电镀或镀。

消毒： 印模可用5.25%的次氯酸钠溶液浸泡10分钟消毒*。其它的硅橡胶专用消毒液应根据生产商的建议使用。
* Gelson Luis Adabo, DDS, PhD, Elaine Zanarotti, Renata Garcia Fonseca, and Carlos Alberto dos Santos Cruz, DDS, PhD
消毒液对弹性体印模材料尺寸稳定性的影响 J Prosthet Dent, 81, 621-4, 1999

Flexitime® 사용 설명서 KR

탄성 실리콘 정밀 인상제, 부가 중합형.

Flexitime® 은 제품 상호간에 잘 혼합되는 시스템으로 모든 모형 기술에 다양하게 조합 가능합니다. 다른 재료와 융용하지 사용 후 뚜껑은 반드시 닫아 주고, 마개/뚜껑/조정 스폰은 서로 바꿔지지(바꿔지지) 않도록 하십시오.

부작용:

특별한 경우에 이 제품이 제품 성분 중 하나가 알러지 반응을 초래할 수도 있습니다. 만약 의심이 되거나, 성분에 대한 정보를 제조사로부터 입수할 수 있습니다.

좋은 사용 후 반드시 조심해서 밀봉해야 합니다. 뚜껑, 마개, 스폰들을 서로 뒤바꾸지 마십시오. 카트리지를 처음으로 사용할 때는 믹싱 팁을 배치하기 전에 재료 일부를 따내십시오. 사용 후에는 카트리지에 있는 실리콘과 마찬가지로 사용한 믹싱 팁을 제 위치에 그대로 두십시오. 다음 사용 전에 밀봉된 팁을 제거하십시오. 다음 사용 바로 직전에 믹싱 팁을 새것으로 교환 하십시오. 혼합 팁(Mixing Tips) 및 구강내 팁(Intraoral Tips)은 일회용 제품입니다. 한자간 교환 오염을 예방하기 위해 구강내 팁(Intraoral Tips)은 매번 사용 후 반드시 폐기해야 합니다.

모든 부가 중합형 실리콘 인상제에서, 경화 과정은 활성 향 또는 침소를 함유한 제품과의 접촉, 새로운 활성 충전제 또는 상부 구조에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 이들 제품에는 라텍스 장갑, 팔리 실리콘 인상제, 수축 용액 등이 포함됩니다. 만약 증상이 지속되면, 안과 전문의와의 진료를 받으십시오. 상꺼서 복용하지 마십시오. 모형 물질을 삼킨 후에 건강상의 고통이 발생하면, 즉시 의사를 찾아가십시오. 드문 경우에는 예를 들어, 장폐색 증상이 일어날 수 있습니다. 처음 사용하시기 전 독만 검사로 손상을 확인하십시오. 손상된 제품들은 사용하지 마십시오. 오직 치과 전문의를 통해서만 사용하십시오.

모형 생산: 모형은 입에서 꺼내고 나서 30분 후에 이미 주조 가능하고, 더 이상의 시간 제약은 없음. 알형은 장기간 견고 하게 보관될 수 있음. 권장

모형 재료: 시중 판매 모든 모형 재료 사용 가능함. 권장 품목: 클래스 III гипс, MOLDANO® 클래스 IV гипс, MOLDASTONE®/MOLDASYN®

전기도금: 모형은 일반 용액에서 구리 도금 또는 은 도금이 됨.

Flexitime® คำแนะนำในการใช้ TH

วัสดุพิมพ์แบบ ชนิดซิลิโคนยืดหยุ่นที่มีความแม่นยำสูง และเชิงตัวได้ด้วยการเติมสารเร่งปฏิกิริยา

คำแนะนำในการใช้:

ชุดวัสดุ Flexitime® เป็นวัสดุพิมพ์ที่มีความแม่นยำสูงในเชิงมิติโดยผ่านแบบและการผสมผสานกันได้อย่างเหมาะสมกับเทคโนโลยีการพิมพ์ทุกแบบ เราขอแนะนำให้ใช้ร่วมกับวัสดุพิมพ์ที่กระตือรือร้นซิลิโคนแบบอื่นๆ

การใช้งาน:

ในการพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้หรือส่วนประกอบชนิดนี้ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงที่จะกระทำให้เกิดอาการแพ้ หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อบริษัทผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนประกอบต่างๆ

หากต้องการใช้งาน ชุดผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ขอแนะนำให้ใช้ร่วมกับซิลิโคนแบบอื่นๆ การเชื่อมตัวอาจไม่เกิดขึ้นหากใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยซิลิโคนหรือซิลิโคนยืดหยุ่นที่มีส่วนผสมของสาร เร่งปฏิกิริยาแบบซิลิโคนแบบอื่นๆ ขอแนะนำให้ใช้ร่วมกับวัสดุพิมพ์ที่กระตือรือร้นซิลิโคนแบบอื่นๆ ในการพิมพ์แบบต่างๆ

หลังจากการใช้งาน โปรดทำความสะอาดอย่างถี่ถ้วนก่อนใช้ซ้ำ การเชื่อมตัวอาจไม่เกิดขึ้นหากใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยซิลิโคนหรือซิลิโคนยืดหยุ่นที่มีส่วนผสมของสาร เร่งปฏิกิริยาแบบซิลิโคนแบบอื่นๆ ขอแนะนำให้ใช้ร่วมกับวัสดุพิมพ์ที่กระตือรือร้นซิลิโคนแบบอื่นๆ ในการพิมพ์แบบต่างๆ

โปรดอย่ารับประทาน ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้หรือส่วนประกอบชนิดนี้ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงที่จะกระทำให้เกิดอาการแพ้ หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อบริษัทผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนประกอบต่างๆ

การพิมพ์แบบซิลิโคนแบบยืดหยุ่นที่มีความแม่นยำสูง และเชิงตัวได้ด้วยการเติมสารเร่งปฏิกิริยา

คำแนะนำ: สามารถใช้งานร่วมกับวัสดุพิมพ์ที่กระตือรือร้นซิลิโคนแบบอื่นๆ ในการพิมพ์แบบต่างๆ

วัสดุพิมพ์ที่แนะนำ: เรซินแบบน้ำใช้: ฟิล์ม ชั้นประเภท III, MOLDANO® – ฟิล์มแข็ง: Modern Materials®, Die Keen® ชั้นฟิล์ม ชั้นประเภท IV, MOLDASTONE®/MOLDASYN®

การชุบด้วยไฟฟ้า: สามารถชุบด้วยไฟฟ้าด้วยของเหลวชนิดเงินได้ในอ่างชุบแบบทั่วไป

Flexitime® Petunjuk penggunaan ID

Elastomerik, bahan cetak presisi berbahan dasar silikon, addition-cured