BADER.

DATA SHEET / INFORMACIÓN TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES Ref. 09070100

LÁMPARA QUIRÚRGICA MR LIGHT

DESCRIPCIÓN GENERAL

La Lámpara quirúrgica Mr. Light es un elemento imprescindible en cualquier sala quirúrgica, ya que con su anclaje al techo puede ser instalada en cualquier punto de la zona operativa, permitiendo la iluminación local del paciente sin interferir en tu confort durante cualquier intervención.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación
Alimentación	220Vac @50Hz
Alimentación lámpara	12-24Vac @50-60Hz
Potencia	38W
Iluminación	29000 - 950000 Lux (8 grados ajustables)
Temperatura de color	4000K - 5500K (8 grados ajustables)
Tamaño de foco	120mm (a una distancia de 990mm)
Tiempo de respuesta	5ms

BADER.

ALMACENAMIENTO

No especificado en la ficha de origen.


CERTIFICACIONES

No especificadas en la ficha de origen.

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

No detalladas en la ficha de origen.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Esquema y cotas reproducidos de la ficha original.

INFORMACIÓN DE CONTACTO BADER

Parque empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es / info@bader.es

Atención al cliente: +34 986 19 03 07