

PRODOTTO PRODUCT PRODUKT PRODUIT PRODUCTO PRODUTO ПРОДУКТ ИЗДЕЛИЕ PRODUKT PRODUKT ΠΡΟΪΟΝ PRODUCT	FABBRICANTE MANUFACTURER HERSTELLER FABRICANT FABRICANTE FABRICANTE PRODUCENT ИЗГОТОВИТЕЛЬ TILLVERKARE PRODUENT ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ FABRIKANT	CONCENTRAZIONE CONCENTRATION KONZENTRIERUNG CONCENTRATION CONCENTRACIÓN CONCENTRAÇÃO STEŽENIE ΚΟΝΤΡΑΚΤΑΙΟΝ KONCENTRATION KONSENTRASJON ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ CONCENTRATIE	TEMPERATURA LAVAGGIO WASHING TEMPERATURE WASCHTEMPERATUR TEMPÉRATURE DE LAVAGE TEMPERATURA LAVADO TEMPERATURA DE LAVAGEM TEMPERATURA MYCIA TEMΠΕΡΑΤΥΡΑ ΜΟΪΚΙ TVÄTTTEMPERATUR VASKETEMPERATUR ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΛΥΣΗΣ WASTEMPERATUUR	TEMPO MINIMO LAVAGGIO MIN. WASHING TIME MIN. WASCHZEIT TEMPS MINIMUM DE LAVAGE TIEMPO MÍNIMO LAVADO TEMPO MÍNIMO DE LAVAGEM MINIMALNY CZAS MYCIA ΜΙΝ. ΒΡΕΜΙΑ ΜΟΪΚΙ MIN. TVÄTTID MIN. VASKETID ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΥΣΗΣ MINIMUM WASTIJD	DOSAGGIO PER CICLO DOSAGE PER CYCLE DOSIERUNG PRO ZYKLUS DOSAGE PAR CYCLE DOSIFICACIÓN POR CICLO DOSAGEM POR CICLO DOZOWANIE NA CYKL ΔΟΣΙΡΩΚΑ ΝΑ ΚΥΚΛΟ DOSERING FÖR CYKELN DOSERING FOR SYKLUS ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ DOSERING PER CYCLUS
Tethyclean	Cefla SC Imola (Bo) Italy www.cefla.it	7,5 ml/l *	45 °C	360 s	45 ml **
<p>* MANIPOLI H: 5 ml/l - HANDPIECES H: 5 ml/l - HANDSTÜCKE H: 5 ml/l - PIÈCES À MAIN H: 5 ml/l - PIEZAS DE MANO H: 5 ml/l - CANETAS ODONTOLÓGICAS H: 5 ml/l - RĘKOJEŚCI H: 5 ml/l - НАКОНЕЧНИКИ H: 5 ml/l - HANDSTYCKEN H: 5 ml/l - HÄNDSTYKKER H: 5 ml/l - ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ H: 5 ml/l - HANDSTUKKEN H: 5 ml/l</p>					
<p>** MANIPOLI H: 30 ml - HANDPIECES H: 30 ml - HANDSTÜCKE H: 30 ml - PIÈCES À MAIN H: 30 ml - PIEZAS DE MANO H: 30 ml - CANETAS ODONTOLÓGICAS H: 30 ml - RĘKOJEŚCI H: 30 ml - НАКОНЕЧНИКИ H: 30 ml - HANDSTYCKEN H: 30 ml - HÄNDSTYKKER H: 30 ml - ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ H: 30 ml - HANDSTUKKEN H: 30 ml</p>					

ÜRÜN TUOTE VÝROBEK المنتوج ПРОДУКТ PRODUKT GAMINYS PRODUS VÝROBOK TERMÉK ПРОДУКТ	ÍMALATCI VALMISTAJA VÝROBCE المنتج ПРОИЗВОДИТЕЛ FABRIKANT GAMINTOJAS PRODUCĂTOR VÝROBCA GYÁRTÓ ВИРОБНИК	KONSANTRASYON KONCENTRAATIO KONCENTRACE نسبة التركيز KONCENTRACIJA KONCENTRACION KONCENTRACIJA CONCENTRAŢIE KONCENTRĂCIA KONCENTRĂCIO KONCENTRACIJA	YIKAMA ISISI PESULĂMPÖTILA TEPLOTA MYTÍ درجة حرارة الغسيل ТЕМПЕРАТУРА ПРИ МИЕНЕ VASKETEMPERATUR PLOVIMO TEMPERATŪRA TEMPERATURĂ SPĂLARE UMYVACIA TEPLOTA MOSÁSI HŐMÉRSÉKLET ТЕМПЕРАТУРА ПРОМИВАННЯ	MINIMUM YIKAMA SÜRESİ PESUN MINIMIAIKA MINIMÁLNÍ DOBA MYTÍ التوقيت الأدنى للغسيل МИН. ВРЕМЕ ЗА МИЕНЕ MINIMUM VASKETID TRUMP. PLOVIMO LAIKAS DURATĂ MINIMĂ SPĂLARE MINIMÁLNA UMYVACIA DOBA MINIMUM MOSÁSI IDŐ МИН. ЧАС ПРОМИВАННЯ	DÖNGŰ İÇİN DOZLAMA ANNOS JAKSOA KOHTI KOVÁNÍ CYKLU الجرعة لكل دورة DOZIROVKA ZA CYKLŮL DÖSERING TIL CYKLUS DOZÉ CIKLUI DOZAJ PE CICLU DÁVKOVANIE NA CYKLUS ADAGOLÁS CIKLUSONKÉNT DOZUVANŇIA HA CYKL
Tethyclean	Cefla SC Imola (Bo) Italy www.cefla.it	7,5 ml/l *	45 °C	360 s	45 ml **
* PIYASEMEN H: 5 ml/l - KÄSITTELYJEN H: 5 ml/l - NÁŠADCE H: 5 ml/l - المقايض H: 5 ml/l - H за НАКОНЕЧНИЦИ: 5 ml/l - HÄNDSTYKKER H: 5 ml/l - MAŠININIŲ INSTRUMENTŲ H: 5 ml/l - PIEŠE DE MĂNĂ H: 5 ml/l - NÁŠADY H: 5 ml/l - H FŰRŐSZÁRAK: 5 ml/l - ПРИЛАДИ H: 5 ml/l					
** PIYASEMEN H: 30 ml - KÄSITTELYJEN H: 30 ml - NÁŠADCE H: 30 ml - المقايض H: 30 ml - H за НАКОНЕЧНИЦИ: 30 ml - HÄNDSTYKKER H: 30 ml - MAŠININIŲ INSTRUMENTŲ H: 30 ml - PIEŠE DE MĂNĂ H: 30 ml - NÁŠADY H: 30 ml - H FŰRŐSZÁRAK: 30 ml - ПРИЛАДИ H: 30 ml					