# Instrucciones de uso del polvo preventivo PT - S1

**1 Product introduction**
El polvo profiláctico se utiliza junto con el dispositivo dental de pulido de aire para eliminar la Placa dental, la incrustación dental, la piedra dental, etc.

**2 Tipo**
PT-S1

**3 Componente principal**
Bicarbonato de sodio, sílice hidrofóbica, sacarina de sodio y sabores alimentarios.

**4 Uso previsto**
Polvo profiláctico utilizado en equipos dentales y aeropulidos para eliminar la placa, la incrustación y el cálculo dental (sólo en las encías)

**5 Métodos quirúrgicos**
5.1 Antes de abrir el frasco, agite el frasco de arriba a abajo 3 - 5 veces.
5.2 Abra la tapa de la botella, vierta una cantidad adecuada de polvo en el frasco de polvo del dispositivo de pulido de aire de acuerdo con el Estado oral del paciente, y luego apriete la tapa de la botella.
5.3 Iniciar el dispositivo de pulido de aire y alinear la boquilla del teléfono móvil con la superficie de los dientes del paciente para iniciar la eliminación de la escala.

**6 Contraindicaciones**
6.1 En ningún caso se debe utilizar un dispositivo de pulido de aire o el polvo en pacientes con bronquitis crónica o asma, ya que la pulverización de gas y polvo puede causar disnea.
6.2 Este polvo no debe utilizarse en pacientes con dietas bajas en sal.
6.3 La esencia del polvo de arena puede causar reacciones alérgicas en determinadas condiciones. Para aquellos pacientes con alergia conocida a la esencia, deje de usar este polvo.
6.4 No dirija la boquilla directamente al relleno, Corona y puente, ya que esto puede dañar estas restauraciones.
6.5 Está prohibido utilizar este polvo en el área subgingival.

**7 Almacenamiento y vida útil**
7.1 El polvo no debe almacenarse cerca de líquidos ácidos y fuentes de calor.
7.2 Condiciones de almacenamiento: Conservar a temperatura ambiente, lejos de la humedad y la luz.
7.3 Período de validez: Dos (2) años a partir de la fecha de producción.
7.4 No debe utilizarse después de la fecha de caducidad.

**8 Recomendaciones de tratamiento**
8.1 Aplicar vaselina a los labios del paciente antes del tratamiento.
8.2 Durante el tratamiento, los pacientes y los operadores deben llevar gafas de Seguridad.
8.3 Durante el tratamiento, el usuario debe llevar una máscara.
8.4 Durante el tratamiento, el polvo pulverizado se absorbe mediante un dispositivo de evacuación de alta velocidad en el equipo dental.

**9 Precauciones**
9.1 No vuelva a poner el polvo restante en el vial después del tratamiento.
9.2 Después de abrir el frasco de polvo, cubra y apriete a tiempo para evitar que el polvo se humedezca.
9.3 Cuando el dispositivo de pulido de aire no esté en uso durante mucho tiempo, limpie el depósito de polvo para evitar que el polvo se aglomere y bloquee el dispositivo.

**10 Transporte**
10.1 Evitar la mezcla con sustancias ácidas y peligrosas durante el transporte.
10.2 Evite la exposición a la luz solar, la lluvia y la nieve durante el transporte.

**11 Protección del medio ambiente**
Este producto no contiene ningún componente nocivo y puede ser tratado y destruido de acuerdo con las regulaciones locales.

**12 Notación**

| | | | |
|---|---|---|---|
| WOODPECKER | Marca | CE | Marcado CE |
| | Fabricante | | Fecha de producción |
| LOT | Número de lote | Shake before use | Agitar bien antes de usar |
| | Siga las instrucciones de uso | | |
| EC REP | Representante autorizado de la Comunidad Europea | | |

**13 Declaraciones**
El pájaro carpintero se reserva el derecho de modificar la tecnología del producto, los accesorios, el Manual de instrucciones y el contenido del paquete en cualquier momento sin previo aviso.

# Instrucciones de uso del polvo preventivo PT - S2

**1 Introducción del producto**
El polvo profiláctico se utiliza en odontología con un dispositivo de pulido de aire.

**2 Tipo**
PT - S2

**3 Componente principal**
Eritritol, sílice amorfa, Clorhexidina.

**4 Uso previsto**
Polvo profiláctico para odontología con dispositivo de pulido de aire para la eliminación de placas, incrustaciones y cálculos dentales, etc. (para polvos con un tamaño de partícula de ~ 65 µm, sólo se debe utilizar en las encías).

**5 Métodos quirúrgicos**
5.1 Antes de abrir el frasco, agite el frasco de arriba a abajo 3 - 5 veces.
5.2 Abra la tapa de la botella, vierta una cantidad adecuada de polvo en el frasco de polvo del dispositivo de pulido de aire de acuerdo con el Estado oral del paciente, y luego apriete la tapa de la botella.
5.3 Activar el dispositivo de pulido de aire y alinear la boquilla del teléfono móvil con el lugar donde el paciente necesita tratamiento para iniciar la eliminación de la escala.

**6 Contraindicaciones**
6.1 Los pacientes con infección del tracto respiratorio superior, bronquitis crónica o asma no deben ser tratados bajo ninguna circunstancia con dispositivos de purificación del aire.
6.2 La pulverización de aire y polvo puede causar dificultad para respirar.
6.3 Las personas susceptibles pueden ser sensibles al Clorhexidina. Si se observa una reacción alérgica, deje de usar el producto y retire completamente el polvo de la boca.
6.4 El tratamiento con bolsas periodontales profundas puede conducir a bacteriemia. Por favor, aplique restricciones apropiadas al tratamiento de pacientes de alto riesgo (endocarditis, embarazo, lactancia materna, enfermedades infecciosas, inmunodeficiencia (neutropenia, angranulotosis, diabetes, hemofilia) y pacientes en tratamiento (radioterapia, quimioterapia, antibióticos).
6.5 No rocíe el polvo sobre el relleno, la Corona o el puente, ya que esto puede dañar estas restauraciones.
6.6 Está prohibido aplicar el polvo marcado ~ 65 µm en el área subgingival.

**7 Almacenamiento y vida útil**
7.1 El polvo no debe almacenarse cerca de una fuente de calor.
7.2 Condiciones de almacenamiento: Conservar a temperatura ambiente, lejos de la humedad y la luz.
7.3 Período de validez: Dos (2) años a partir de la fecha de producción.
7.4 No debe utilizarse después de la fecha de caducidad.

**8 Recomendaciones de tratamiento**
8.1 Aplicar vaselina a los labios del paciente antes del tratamiento.
8.2 Durante el tratamiento, los pacientes y los operadores deben llevar gafas de Seguridad.
8.3 Durante el tratamiento, el usuario debe llevar una máscara.
8.4 Durante el tratamiento, el polvo pulverizado se absorbe mediante un dispositivo de evacuación de alta velocidad en el equipo dental.

**9 Precauciones**
9.1 No vuelva a poner el polvo restante en el vial después del tratamiento.
9.2 Después de abrir el frasco de polvo, cubra y apriete a tiempo para evitar que el polvo se humedezca.
9.3 Cuando el dispositivo de pulido de aire no esté en uso durante mucho tiempo, limpie el depósito de polvo para evitar que el polvo se aglomere y bloquee el dispositivo.

**10 Transporte**
10.1 Evitar la mezcla con materiales peligrosos durante el transporte.
10.2 Evite la exposición a la luz solar, la lluvia y la nieve durante el transporte.

**11 Protección del medio ambiente**
Este producto no contiene ningún componente nocivo y puede ser tratado y destruido de acuerdo con las regulaciones locales.

**12 Notación**

| | | | |
|---|---|---|---|
| WOODPECKER | Marca | | |
| | Fabricante | | Fecha de producción |
| LOT | Número de lote | Shake before use | Agitar bien antes de usar |
| | Siga las instrucciones de uso | | |

**13 Declaraciones**
El pájaro carpintero se reserva el derecho de modificar la tecnología del producto, los accesorios, el Manual de instrucciones y el contenido del paquete en cualquier momento sin previo aviso.

# Instrucciones de uso del polvo preventivo PT - S3

**1 Introducción del producto**
El polvo profiláctico se utiliza en odontología con un dispositivo de pulido de aire.

**2. Modelo y especificación**
Modelo: PT - S3;
Especificaciones:
Diámetro de las partículas ~ 65 µm
Diámetro de las partículas ~ 25 µm

**3 Componente principal**
Glicina, sílice amorfa.

**4 Uso previsto**
El polvo profiláctico se utiliza en odontología, junto con el equipo de pulido de aire, para eliminar la placa, la incrustación y el cálculo dental (para tamaños de hasta 65 µm, sólo se puede utilizar en las encías).

**5 Métodos quirúrgicos**
5.1 Antes de abrir el frasco, agite el frasco de arriba a abajo 3 - 5 veces.
5.2 Abra la tapa de la botella, vierta una cantidad adecuada de polvo en el frasco de polvo del dispositivo de pulido de aire de acuerdo con el Estado oral del paciente, y luego apriete la tapa de la botella.
5.3 Activar el dispositivo de pulido de aire y alinear la boquilla del teléfono móvil con el lugar donde el paciente necesita tratamiento para iniciar la eliminación de la escala.

**6 Contraindicaciones**
6.1 Los pacientes con infección del tracto respiratorio superior, bronquitis crónica o asma no deben ser tratados bajo ninguna circunstancia con dispositivos de purificación del aire.
6.2 La pulverización de aire y polvo puede causar dificultad para respirar.
6.3 Las personas susceptibles pueden ser sensibles al glicoles. Si se observa una reacción alérgica, deje de usar el producto y retire completamente el polvo de la boca.
6.4 El tratamiento con bolsas periodontales profundas puede conducir a bacteriemia. Por favor, tome medidas restrictivas apropiadas para el tratamiento de pacientes de alto riesgo (inmunodeficiencia sistémica, endocarditis).
6.5 No rocíe el polvo sobre el relleno, la Corona o el puente, ya que esto puede dañar estas restauraciones.
6.6 Está prohibido aplicar el polvo marcado ~ 65 µm en el área subgingival.

**7 Almacenamiento y vida útil**
7.1 El polvo no debe almacenarse cerca de una fuente de calor.
7.2 Condiciones de almacenamiento: Conservar a temperatura ambiente, lejos de la humedad y la luz.
7.3 Período de validez: Dos (2) años a partir de la fecha de producción.
7.4 No debe utilizarse después de la fecha de caducidad.

**8 Recomendaciones de tratamiento**
8.1 aplicar vaselina a los labios del paciente antes del tratamiento.
8.2 durante el tratamiento, los pacientes y los operadores deben llevar gafas de Seguridad.
8.3 durante el tratamiento, el usuario debe llevar una máscara.
8.4 Durante el tratamiento, el polvo pulverizado se absorbe mediante un dispositivo de evacuación de alta velocidad en el equipo dental.

**9 Precauciones**
9.1 No vuelva a poner el polvo restante en el vial después del tratamiento.
9.2 Después de abrir el frasco de polvo, cubra y apriete a tiempo para evitar que el polvo se humedezca.
9.3 Cuando el dispositivo de pulido de aire no esté en uso durante mucho tiempo, limpie el depósito de polvo para evitar que el polvo se aglomere y bloquee el dispositivo.

**10 Transporte**
10.1 Evitar la mezcla con materiales peligrosos durante el transporte.
10.2 Evite la exposición a la luz solar, la lluvia y la nieve durante el transporte.

**11 Protección del medio ambiente**
Este producto no contiene ningún componente nocivo y puede ser tratado y destruido de acuerdo con las regulaciones locales.

**12 Notación**

| | | | |
|---|---|---|---|
| WOODPECKER | Marca | CE | Marcado CE |
| | Fabricante | | Fecha de producción |
| LOT | Número de lote | Shake before use | Agitar bien antes de usar |
| | Siga las instrucciones de uso | | |
| EC REP | Representante autorizado de la Comunidad Europea | | |

**13 Declaraciones**
El pájaro carpintero se reserva el derecho de modificar la tecnología del producto, los accesorios, el Manual de instrucciones y el contenido del paquete en cualquier momento sin previo aviso.

Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
Information Industrial Park, Guilin National Hight-Tech Zone, Guilin Guangxi, 541004 P. R. China

**Importador mayorista Woodpecker / DTE para España y Portugal**

RUMAR mayorista dental

**RUMAR Cedeira S.L.**
C. del Obispo Golfín, 11, Bajo A, 28430 Alpedrete, Madrid
Tlfno.: 91 849 01 04
Tlfmo. móvil / Whatsapp: +34 626 327 863

*¡Siempre en Stock! Entrega en 24 horas.*
**Dispositivos, accesorios, repuestos y servicio postventa**

Su distribuidor de confianza: